

**SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH SEN**

Số: 87 /TTYT-DTTBVTYT
V/v đề nghị gửi thư báo giá
dịch vụ tư vấn thẩm định giá

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành Sen, ngày 02 tháng 02 năm 2026

Kính gửi: Các Công ty Tư vấn thẩm định giá.

Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế đợt 1 năm 2026 sử dụng tại Trung tâm Y tế Thành Sen, kính đề nghị các Công ty Tư vấn thẩm định giá có năng lực, gửi báo giá kèm theo hồ sơ năng lực với nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thành Sen
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: *Số điện thoại liên hệ: 0916.367.887 – P.Trưởng khoa Dược: Nguyễn Ngọc Thạch*
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược- TTB-VTYT Trung tâm Y tế Thành Sen, Số 456, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
 - Gửi file mềm về email: ngocthachbvtp@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá : Từ 08h ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến trước 08h ngày 09 tháng 02 năm 2026.
5. Danh mục hàng hoá (*Theo phụ lục đính kèm*).

Thư mời này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Y tế Thành Sen tại địa chỉ: <http://trungtamytetphatinh.org.vn>, cổng mua sắm công của Bộ tài Chính tại địa chỉ: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

Trung tâm Y tế Thành Sen thông báo để các đơn vị được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, DTTBVTYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Vũ

DANH MỤC HÀNG HÓA

TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Bộ dụng cụ cắt A	I. Yêu cầu chung - Sản xuất năm 2025 trở về sau (mới 100%) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 II. Yêu cầu cấu hình - Bánh davis-boyle 5 lưỡi kích thước lưỡi 27x105mm, 25x90mm, 25x75mm, 22x60mm, 20x25mm: 01 cái - Nhíp phẫu tích đầu rộng khoảng 1mm dài 20cm: 01 cái	Bộ	01
2	Bộ dụng cụ mổ nội soi, vá nhĩ tai	I. Yêu cầu chung - Sản xuất năm 2025 trở về sau (mới 100%) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Chất liệu làm từ thép không gỉ II. Yêu cầu cấu hình 1. Thìa nạo mũi 2×6 mm, đầu bán tròn góc 45°: 01 cái 2. Dao vi phẫu tai đầu cong tam giác chiều dài 65mm: 01 cái 3. Dao vi phẫu tai đầu bán nguyệt 0°, 2mm chiều dài 65mm: 01 cái 4. Que thăm tai loại thẳng: 01 cái 5. Móc tai siêu nhỏ đầu nhọn, góc 45°, dài 20 mm: 01 cái 6. Dao vi phẫu thanh quản dạng liềm, dài 245 mm: 01 cái 7. Dao phẫu thuật tai đầu tam giác chiều dài 65mm: 01 cái 8. Thìa nạo tai 1,8 × 1,5 mm: 01 cái 9. Móc tai vi phẫu đầu nhọn, góc 90°, đường kính 1,8 mm: 01 cái	Bộ	01

		10. Que thăm dò tai đầu nhọn thẳng chiều dài 65mm: 01 cái 11. Móc tai vi phẫu đầu nhọn, góc 90°, kích thước 1,8 mm: 01 cái 12. Móc tai vi phẫu đầu nhọn, góc 45°, kích thước 2,0 mm: 01 cái 13. Ống hút cong, đường kính 4,0 mm, dài 80 mm: 01 cái 14. Cái nạy 1,8 mm: 01 cái 15. Dao phẫu thuật tai đầu tam giác chiều dài 65mm: 01 cái 16. Cái nạy 4–4,5 mm, hai đầu: 01 cái 17. Đục xương chũm đầu tròn, bề rộng 3,0 mm: 01 cái 18. Thìa nạo tai 1,8 × 1,5 mm: 01 cái 19. Đục mũi bán tròn, hình súng, bề rộng 5 mm: 01 cái 20. Đục xương chũm đầu bẹt, bề rộng 3,0 mm: 01 cái 21. Kéo vi phẫu tai thẳng chiều dài 80mm: 01 cái 22. Panh vi phẫu tai thẳng hàm có răng cưa 0 °, 3.5mm chiều dài 80mm: 01 cái 23. Nhíp tai giữa (đầu có chén) góc 45°, đường kính 1,2 mm: 01 cái 24. Panh vi phẫu tai hàm miệng chén 0 °, 1.5mm chiều dài 80mm: 01 cái 25. Nhíp tai giữa góc 0°, đường kính 3,0 mm: 01 cái 26. Kim cắt xương đầu búa chiều dài 80mm: 01 cái 27. Ống hút mũi, đường kính 3,5 mm, dài 175 mm: 01 cái 28. Ống hút mũi có khớp xoay 360°, góc 70°, đường kính 2,5 mm, dài 120 mm: 01 cái		
3	Máy siêu âm điều trị	I. Yêu cầu chung Sản xuất năm: 2025 trở về sau, mới 100% - Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 Điện áp làm việc: AC 220V, 50Hz (± 10%) - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa $\geq 70\%$	Máy	01

		II. Yêu cầu cấu hình Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái; Đầu dò siêu âm: ≥ 01 cái Chai gel siêu âm: ≥ 01 chai Dây nguồn: 01 cái Bộ hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ Màn hình có kích thước ≥ 5 inch Số cổng kết nối ≥ 2 cổng, cho phép điều chỉnh độc lập Thời gian điều trị: từ ≤ 1 đến ≥ 30 phút, bước 1 phút Tần số đầu phát: 1Mhz và 2-3Mhz ($\pm 10\%$) Chế độ hoạt động tối thiểu 2 chế độ		
4	Dây tán sỏi	I. Yêu cầu chung Hàng mới 100% sản xuất năm 2025 trở về sau II. Yêu cầu cấu hình Dây chính: 01 cái	Cái	01
5	Nồi sắc thuốc tự động 1 nồi	I. Yêu cầu chung Máy sắc thuốc Năm sản xuất: từ năm 2025 trở đi Hàng hóa mới 100% Nguồn điện: 220V $\pm 10\%$, 50/60Hz "Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng (máy chính): ISO 9001 (Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh nhà sản xuất của hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với gói thầu, còn hiệu lực tại thời điểm đóng thầu)" II. Yêu cầu cấu hình: - Nồi sắc (Inox): 01 chiếc	Cái	01

		- Giỏ đựng thuốc bằng Inox: 01 chiếc - Trục ép, bàn ép và tay quay: 01 bộ - Hộp điều khiển: 01 chiếc - Đồng hồ chỉ áp lực và van xả hơi: 01 bộ - Van, vòi chuyển thuốc: 01 bộ - Van, vòi xả nước làm vệ sinh: 01 bộ - Ống silicon dẫn thuốc: 01 cái - Túi lọc đựng thuốc sắc: 01 túi - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ.		
6	Thùng xông hơi chân	I. Yêu cầu chung Hàng mới 100% sản xuất năm 2025 II. Yêu cầu cấu hình Bàn chính: 01 cái	Cái	01
7	Bàn xông hơi	I. Yêu cầu chung Hàng mới 100% sản xuất năm 2025 trở về sau II. Yêu cầu cấu hình Bàn chính: 01 cái	Cái	01
8	Ghế nha khoa	I. Yêu cầu chung: -Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi -Thiết bị đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương. -Nguồn điện hoạt động: 220V/50Hz. -Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: ≥ 30 độ C + Độ ẩm: $\geq 70\%$	Cái	01

		II. Yêu cầu về cấu hình: - Ghế bệnh nhân: 01 chiếc - Ghế nha sĩ: 01 chiếc - Khay chính: 01 chiếc - Khay phụ tá: 01 chiếc - Đèn đọc phim X-quang: 01 chiếc - Đèn LED cảm biến: 01 chiếc - Bồn nhỏ bằng gốm: 01 chiếc - Máy nén khí: 01 chiếc - Bộ tay khoan gồm: • Tay khoan nhanh: 02 chiếc • Tay khoan chậm: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ		
9	Bơm tiêm điện	I. YÊU CẦU CHUNG - Máy mới 100%. - Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở đi - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa $\geq 35^{\circ}\text{C}$ & Độ ẩm tối đa $\geq 85\%$. - Đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện 220V-50Hz II. YÊU CẦU CẤU HÌNH Bơm tiêm điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Máy bao gồm Kẹp cốc truyền: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ	Cái	
10	Máy điện tim	I. YÊU CẦU CHUNG - Năm sản xuất: 2025 trở về sau	Máy	01

		- Chất lượng máy: mới 100% - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: ISO 13485 - Nguồn điện: 100-240 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz $\pm 2\%$ - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: 40°C + Độ ẩm tối đa: 95% II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Máy chính: 01 bộ - Dây điện tim: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Điện cực ngực: 06 quả - Điện cực kẹp chi: 04 cái - Ấc quy: 01 cái - Giấy in: 01 tập - Xe đẩy (mua trong nước): 01 cái		
11	Máy phân tích da	I. Yêu cầu chung - Thiết bị có chứng nhận ISO 13485 - Thiết bị có chứng nhận CE - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau. II. Yêu cầu cấu hình Máy kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Các linh phụ kiện đi kèm khác vui lòng ghi rõ (nếu có): 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật Chất liệu: Nhựa ABS Pixel: 36 triệu điểm Quang phổ: 8 quang phổ	Máy	01

		Nguồn điện: AC 220V, 50-60Hz Chip xử lý: Rockchip RK3568: Quad-core Cortex A55 ,tương đương hoặc tốt hơn Bo mạch chủ: R10-5 6810p Pmotherboard ,tương đương hoặc tốt hơn Ram: 2 thanh RP DDR4, 4G ,tương đương hoặc tốt hơn Ổ cứng: MMC 5.1, 32GB , tương đương hoặc tốt hơn Hệ điều hành: Android 11 Màn hình: ≥ 15.6 inch, gập 90 độ Tỉ lệ màn hình: 16:9 HDMI: ≥ 1 cổng Thao tác: Cảm ứng đa điểm chạm Wifi: Card Wifi (2.4G, 5G) ,tương đương hoặc tốt hơn Độ phân giải: 1920*1080 Góc chụp: Mô phỏng 3D ,tương đương hoặc tốt hơn		
12	Máy laser CO2 Fractional	I. YÊU CẦU CHUNG - Máy mới 100% sản xuất năm 2025 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Máy chính dùng trong điều trị da liễu và thẩm mỹ: 01 cái - Trục khuỷu 7 khớp - Tay cầm phẫu thuật F-50 hoặc tương đương: 01 cái - Tay cầm phẫu thuật F-100 hoặc tương đương: 01 cái - Tay cầm vi điểm (Fractional): 01 cái - Tiêu cự điều trị vi điểm: 04 cái - Giá đỡ tay cầm vi điểm: 01 cái - Giá đỡ Tay cầm phẫu thuật, Vi điểm: 01 cái - Đầu điều trị trẻ hoá trong âm đạo: 02 cái - Đầu điều trị trẻ hoá môi âm đạo: 01 cái - Đầu giãn âm đạo : 01 cái - Chìa khóa: 02 cái - Dây nguồn: 01 cái	Máy	01

		- Sách hướng dẫn tiếng anh, tiếng việt: 01 cái - Kính Bác sỹ: 01 cái - Kính bệnh nhân: 01 cái - Bàn đạp (Pedal): 01 cái		
13	Hệ thống triệt long – trẻ hóa da DPL	I. YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị có chứng nhận ISO 13485 - Thiết bị có chứng nhận CE - Thiết bị có chứng nhận FDA - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau. II. YÊU CẦU CẤU HÌNH Máy kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Các linh phụ kiện đi kèm khác vui lòng ghi rõ (nếu có): 01 bộ	Máy	01
14	Máy chụp đáy mắt	I. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%. - Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi. - Đạt các tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương. - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz. II. Yêu cầu cấu hình: Cấu hình bao gồm: - Thân máy chính: 01 chiếc - Tỳ cầm bệnh nhân: 01 chiếc - Bao phủ máy: 01 chiếc - Máy in màu tương thích (mua tại Việt Nam): 01 chiếc - Dây nguồn: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ	Máy	01

15	Máy đo huyết áp tự động	I. YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị mới 100% - Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi. - Đạt các tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: AC 230V, Tần số: 50Hz II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 1 cái - Tấm đỡ tay: 1 cái - Cuộn giấy in nhiệt: 1 cái - Hướng dẫn sử dụng: 1 cái	Máy	01
16	Máy điện châm	- Sản xuất năm 2025 trở về sau (mới 100%) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Máy	01